

PHỤ LỤC KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 88/BVP-BG NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 2025 CỦA BV PHỔI HÀ TĨNH

STT	Tên Thương Mại	Cấu Hình Kỹ Thuật	Quy Cách	ĐV Tính	Số Lượng	Ghi Chú
1.	Cung cấp lắp đặt Ổ đầu ra khí Oxy	Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí - Có van chặn cho bảo trì, sửa chữa hệ thống cho từng ổ khí. - Áp lực làm việc: 5bar - Đường kính ống: 8mm	Bộ	Bộ	17	
2.	Cung cấp lắp đặt Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ấm	Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Đầu cắm nhanh chuẩn DIN - Lưu lượng điều chỉnh: 0-15 lít/ phút - Bình làm ấm bằng nhựa Polycarbonate, dung tích: 150ml. - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ ở 121 độ C.	Bộ	Bộ	17	
3.	Cung cấp lắp đặt ống đồng Ø12.70 x 0.71	Ống đồng có kích cỡ Ø12.70 x 0.71	Mét	Mét	95	
4.	Cung cấp lắp đặt Tê + cút + nối, côn thu đồng,...		Lô	Lô	01	
5.	Cung cấp lắp đặt Ống dẹt 40x80mm	Đường kính 40x80mm	Mét	Mét	70	
6.	Cung cấp lắp đặt Van Chặn D12	Đường kính Ø12	Bộ	Bộ	02	
7.	Cung cấp lắp đặt vật tư thi công khác (que hàn đồng, oxy hàn, gas hàn,...)	Tiêu chuẩn cơ sở	Lô	Lô	01	